

Włocławek, 16.09.2024

Zamawiający:
Powiatowe Centrum Zdrowia –
Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych
we Włocławku
ul. Szpitalna 6 a, 87-800 Włocławek

Nr referencyjny: PCZ-SPZPS/PN/T/09/24

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa tomografu komputerowego z wyposażeniem wraz z adaptacją pomieszczeń”

Odpowiedzi na pytania

Pytanie dotyczy pkt 97zał nr 2 do swz:

Pytanie 1

Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia wstrzykiwacz pracującego w technologii tłokowej?
Technologia wymuszania przepływu poprzez zastosowanie tłoków gwarantuje stabilną i zwartą geometrię bolusa środka kontrastowego oraz utrzymanie zadanej prędkości przepływu przez cały okres trwania iniekcji bez fluktuacji charakterystycznych dla pomp rolkowych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga pracy wstrzykiwacza na zasilaniu sieciowym i akumulatorowym i minimalnego czasu pracy akumulatorów na poziomie 12h lub wyższym aby zapewnić możliwość pracy bezprzewodowej przez cały dzień?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga funkcji proaktywnego odpowietrzania systemu metoda próżniową?
Uzasadnienie: Metoda proaktywnego odpowietrzania, w odróżnieniu od reaktywnej kontroli

polegającej na pasywnym monitorowaniu obecności powietrza, polega na całkowitym, automatycznym usunięciu powietrza z zestawu 24godzinnego przed wykonaniem iniekcji. Pozawala to uniknąć sytuacji kiedy iniekcja jest przerywana przez czujniki pasywne i/lub przerwanie iniekcji wynika z powodu fałszywie dodatniego wykrycia powietrza.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, że opisany w pkt 108 wymóg zdalnego nadzoru przez łącze internetowe dotyczy również wstrzykiwacza kontrastu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

DYREKTOR
Sławomir Bączkowski