

Włocławek, 07.02.2025 r.

Odpowiedź na pytania z dnia 05.02.2025 r.

Numer postępowania PCZ-SPZPS/PN/MED/01/2025-27

Postępowanie przetargowe na: Zakup i dostawa artykułów medycznych w podziale na 9 pakietów dla Powiatowego Centrum Zdrowia-Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

Pakiet nr 6, pozycja nr 30 – Czy zamawiający wymaga kieliszków zarejestrowanych jako wyrób medyczny klasy I z funkcją pomiarową (zgodnie z przeznaczeniem), posiadających certyfikat CE (dołączony do oferty)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pakiet nr 6, pozycja nr 36 – Czy zamawiający dopuści worek na wymiociny wykonany z przejrzystego materiału PE pozwalającego na wizualne zbadanie treści wewnątrz torby (w tym krwi), o pojemności 1500ml, skalowany co 100 ml, z szerokim wygodnym otworem wlotowym zapobiegającym rozlaniu treści, plastikowa obręcz umożliwia łatwy chwyt i obsługę zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia, funkcja „Twist & Lock” (przekręć i zamknij) na obręczy umożliwia bezpieczne zamknięcie worka po użyciu, tak aby treść i zapach nie wydostały się na zewnątrz, niesterylny, pakowany zbiorczo po 50 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 6, pozycja nr 37 – Czy zamawiający dopuści worek oddechowy o pojemności 2l, reszta zgodna z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 6, pozycja nr 39 – Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o skuteczności filtracji 99,999% i objętości oddechowej 150-1500ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR
Stawomir Pazdzierski