

Włocławek, 07.02.2025 r.

Odpowiedź na pytania z dnia 04.02.2025 r.

Numer postępowania PCZ-SPZPS/PN/MED/01/2025-27

Postępowanie przetargowe na: Zakup i dostawa artykułów medycznych w podziale na 9 pakietów dla Powiatowego Centrum Zdrowia-Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

Pakiet nr 9, pozycja 1:

Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; długość robocza 120, 180 i 230 cm, średnica szczęk 1,8mm; 2,3mm. łyżeczki z podwójnymi otworami w szczękach, oraz z ząbkami na obwodzie, konstrukcja mechanizmu szczęk zapewnia możliwość wykonywania biopsji stycznych, z systemem cięgieł umożliwiającym otwarcie szczypiec zawsze, przy każdym zagięciu; sztywny odcinek dystalny, zapewnia możliwość łatwiejszego pokonywania zagiętych odcinków kanału biopsyjnego endoskopu. Pancierz szczypiec pokryty jest tworzywem sztucznym i w zależności od długości narzędzia posiada inny kolor. Szczypce wyposażone są w system markerów określających położenie narzędzia wewnątrz endoskopu i sygnalizujących zbliżający się moment wyjścia szczypiec z kanału roboczego. Dwie wersje do wyboru przez użytkownika: z igłą i bez igły, dwa rodzaje łyżeczek biopsyjnych gładkie i uzębione współpracujące z kanałem roboczym od 2,0mm do 2,8mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnie z wymogami określonymi w SWZ.

Pakiet nr 9, pozycja 2:

Pętla do polipektomii na ciepło jednorazowego użytku wykonane z plecionego drutu, długość robocza min. 230 cm; średnica osłonki 2,3mm; średnica otwartej pętli: 10, 15, 20, 24, 36mm. Dostępne kształty: owal.

Pętla do polipektomii jednorazowego użytku dedykowane na zimno wykonane z plecionego drutu, długość robocza min. 230 cm; średnica osłonki 2,3mm; średnica otwartej pętli: 10, 15mm. Kształt rombu. Potwierdzenie posiadania wskazań do zimnej polipektomii (znak CE).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnie z wymogami określonymi w SWZ.

Pakiet nr 9, pozycja 3:

Klipsy hemostatyczne jednorazowego użytku; z klipsem załadowanym do zestawu, szerokość rozwarcia ramion klipsa 11 mm lub 16 mm z możliwością kilkakrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, dostępne w długościach 2300 min. średnica kanału roboczego 2.8 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnie z wymogami określonymi w SWZ.

Pakiet nr 9 pozycja 4:

Ustnik jednorazowego użytku z otworem 22/27mm z otworami bocznymi i paskiem tekstylnym, pakowane po 100szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnie z wymogami określonymi w SWZ.

Pakiet nr 9 pozycja 5:

Jednorazowe igły do ostrzykiwania, w teflonowej osłonce odpornej na załamania; wyposażone w mechanizm pozwalający na regulację długości wysuwania igły oraz jej blokadę w wybranej pozycji, średnica ostrza igły 22G, 25 G, długość ostrza 5 mm, długość całkowita 230cm; dodatkowa osłonka umieszczona w części proksymalnej igły zabezpieczająca przed uszkodzeniem kanału roboczego endoskopu. 1 op = 10 szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnie z wymogami określonymi w SWZ.

Pakiet nr 9 pozycja 6:

Jednokomorowa pułapka na polipy 1op=25 sztuk

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnie z wymogami określonymi w SWZ.

Pakiet nr 9 pozycja 8:

Jednorazowe szczypce chwytające do usuwania ciał obcych, protez; długość 230cm przeznaczone do kanału 2,8mm szerokość otwarcia szczęk 6,3 mm zęb szczura i 8,1mm aligator, pokryte powłoką umożliwiającą bezpieczną pracę w kanale endoskopu z systemem markerów sygnalizujących położenie szczypiec w endoskopie 1op=10szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnie z wymogami określonymi w SWZ.

Pakiet nr 9 pozycja 9:

Szczotka do mycia jednorazowego użytku (jedna strona do kanału, druga strona do zaworów); dł kateteru 230cm, średnica 1.7mm; dł szczotki kanałowej 20mm, śr. 5mm , dł szczotki gniazdowej 45mm, śr 10mm 1 op = 100 szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnie z wymogami określonymi w SWZ.

DYREKTOR
Sławomir Paździerski

